



**PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 SISTEMA DI NAVIGAZIONE ASSISTITA DA BRACCIO ROBOTICO PER LA CHIRURGIA PROTESICA DEL GINOCCHIO E RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO PER LA DURATA DI 24 MESI PER LE ESIGENZE DELLA S.C. ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELLA ASST NORD MILANO. CIG B117FB356B**

## **QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

### **3° TRANCHE**

1. QUESITO:

Buongiorno,  
si richiede il seguente chiarimento:

Uno dei requisiti minimi indispensabili a pena di esclusione recita:

“essere dotato di un sistema in grado di ricostruire l'anatomia articolare del paziente (tramite acquisizione di precisione antropometriche intraoperatorie o acquisizione di immagini radiografiche o entrambe) relativamente all'impianto protesico da effettuare, e permettere di pianificare le fasi di impianto protesico sia in fase preoperatoria che dinamica intraoperatoria”

Si chiede conferma che per pianificazione delle fasi di impianto protesico in fase preoperatoria si intenda la capacità del sistema offerto di eseguire una pianificazione prima dell'intervento, ossia prima dell'ingresso del paziente in sala operatoria.

Grazie

RISPOSTA:

Gent.mi,

il sistema deve poter permettere l'esecuzione di pianificazione preoperatoria, quindi prima dell'ingresso del paziente in sala operatoria, se basato su tecnologia con acquisizione di immagini radiografiche. Resta la possibilità di utilizzare un sistema senza acquisizione di immagini radiografiche, basato quindi sul rilievo intraoperatorio di parametri antropometrici, e pianificazione intraoperatoria.

A disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni in merito.

Cordiali saluti.

## 2. QUESITO:

Buongiorno, di seguito si chiedono i seguenti chiarimenti:

### Chiarimento n. 1

Il requisito a pena esclusione (pag. 3 dell'allegato 2) richiede: che il sistema permetta di pianificare le fasi di impianto protesico sia in fase preoperatoria che dinamica intraoperatoria.

Quindi si chiede conferma che il criterio di valutazione numero 2 a pagina 36 si riferisce al numero di esami radiografici necessari sia per la pianificazione in fase preoperatoria che quelli necessari in fase intraoperatoria.

### Chiarimento n. 2

All'art. 12 del disciplinare di gara il contributo ANAC richiesto è pari a 77€, ma sul sito ANAC il contributo riferito al CIG n. B117FB356B è pari a 33€. Chiediamo quale sia l'importo corretto da versare.

Grazie

## RISPOSTA:

Per chiarimento n.1

Gent.mi

il sistema, a pena esclusione, deve permettere una pianificazione preoperatoria basata su immagini radiografiche o intraoperatoria su rilievi intraoperatori o entrambe. Per quanto riguarda il punto 2, nell'ambito della valutazione dei parametri, sarà globalmente premiata la capacità di ricorrere al minor numero di immagini radiografiche.

Per chiarimento n.2

Con riferimento al quesito posto, si conferma l'importo di 33,00€.

Cordiali saluti.

Direttore S.C. Gestione Acquisti

Ing. Federica Olivei